



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde

Pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico PE 102/2018

Em relação aos DESCRITIVOS EXIGIDOS, apresentados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, a fim de garantir o pleno atendimento e a necessidade da Secretaria com o objetivo específico do atendimento aos usuários, solicitamos a respeitosa instituição esclarecimento quanto aos apontamentos apresentados abaixo:

QUESTIONAMENTO Nº 01 – No item 06, é previsto o descritivo indicado abaixo:

CATETER BALAO, MATERIAL CATETER: POLIETILENO, CALIBRE: 5-7 FR, APLICACAO: ANGIOPLASTIA PERIFERICA, MODELO: OTW, QUANTIDADE BALOES: 01, COMPRIMENTO: 100~150CM, ACESSORIO: N/A, MATERIAL BALAO: POLIURETANO, CAPACIDADE BALOES: 5 A 20 ATM, EXTREMIDADE DISTAL: COMPATIVEL COM FIO GUIA 0,035, DIMENSOES BALAO: 40~90MM DE DIAMETRO E 60~200MM DE EXTENSAO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE

É sabido que no mercado há produtos de marcas e fabricação distintas, mas que atendem a finalidade do procedimento com segurança e qualidade, todavia, que possuem comprimento e diâmetros diferentes, **POR EXEMPLO, balão em polímero semicristalino com diâmetros de 3 a 10MM e comprimentos de 20 a 200MM (exceto diâmetro de 8MM com comprimentos de 20 a 100MM e diâmetros de 9 e 10MM com comprimentos de 20 a 80MM).**

Caso não seja possível a aceitação nos termos informados acima, perguntamos se existem a possibilidade de desmembramento do item com um intervalo de variação menor, ou de repente se existe a possibilidade de aceitação de dois produtos distintos na proposta comercial para atendimento ao item?

Diante disso, a empresa **solicita esclarecimento** quanto a possibilidade desta R. Administração aceitar ofertas com a indicação dos comprimentos aceitos.

Caso não seja possível, que está R. Administração **MOTIVE TECNICAMENTE** a razão pela qual não é possível a aceitação de propostas nestas condições, além de quais **MARCAS ATENDEM FIELMENTE O DESCRITIVO TÉCNICO DESCRITIVO NO EDITAL**, respeitando assim os princípios da igualdade, motivação, legalidade e, frisa-se, visando o recebimento do maior número de propostas, sendo aquela mais vantajosa, tanto economicamente quanto tecnicamente.

Fundação Saúde Av. Padre Leonel Franca, 248 - Gávea - Rio de Janeiro/RJ CEP: 22451-000
Tel.: (21) 2334-5042
www.fundacaosaude.rj.gov.br



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Fundação Saúde


Resposta do esclarecimento do Pregão Eletrônico PE 102/2018

A fim de ampliar a competitividade para abraçar o maior número de participantes, marcas/fabricantes que existem no mercado, será aceito tamanho próximo aos intervalos (de comprimento e diâmetro) propostos no Termo de Referência. Sendo certo que a compatibilidade do produto ofertado será posteriormente avaliada, pelo setor competente, mediante apresentação de amostra e/ou catálogo conforme regra editalícia.

Caso a(s) empresa(s) arrematante(s) apresentem um tamanho diferenciado, a informação complementar será inserida na Ata de Registro de Preços para fins de contratação.

OBS: As informações encontram-se também, em documentos avulsos do Edital no sistema Eletrônico SIGA.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2018.


Luciano Mauricio Zanganelli
Assessor de Licitação/Pregoeiro

Fundação Saúde Av. Padre Leonel Franca, 248 - Gávea - Rio de Janeiro/RJ CEP: 22451-000
Tel.: (21) 2334-5042
www.fundacaosaude.rj.gov.br



FUNDAÇÃO
SAÚDE