



INSTITUIÇÃO: **FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** CNPJ: 10.834.118/0001-79

FORNECEDOR:

CNPJ: IE

END: BAIRRO:

CIDADE: CEP:

FONE: FAX:

E-MAIL: RESPONSÁVEL:

**PRODUTOS / SERVIÇOS**

ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIPTIVO	MARCA	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Código do Item: 6515.045.0714 (ID - 153777)	CATETER BALAO, MATERIAL CATETER: POLIURETANO, CALIBRE: 6 FR ~ 8 FR, APLICACAO: CONTRAPULSACAO AORTICA, MODELO: DESCARTAVEL / ESTERIL, QUANTIDADE BALOES: 1, COMPRIMENTO: 0,025 X 145 CM, ACESSORIO: AGULHA, DILATADOR, EXTENSAO, TEMPA CONECTOR, MATERIAL BALAO: POLIURETANO, CAPACIDADE BALOES: 34 ML ~ 40 ML, EXTREMIDADE DISTAL: N/A, DIMENSOES BALAO: 190 MM X 14.7 MM ~ 260 MM X 16.3 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		20		R\$	-

**OBSERVAÇÃO**

TOTAL:

**INSTRUÇÕES**

- CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
- OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESSE PEDIDO.
- ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

**OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:**

- FORMA DE ENTREGA: PARCELADA DE ACORDO COM A DEMANDA DA UNIDADE
- PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, APÓS A RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO
- ENDEREÇO DE ENTREGA: CGA: Rua Dr. Luiz Palmier, n.º 762 – Barreto – Niterói – Rio de Janeiro – RJ.
- VALIDADE DO PRODUTO: DEVERÁ TER VALIDADE MÍNIMA DE 85% DO SEU PERÍODO TOTAL DE VALIDADE.
- NA HIPÓTESE DE DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES ENTRE O FORMULÁRIO E TERMO DE REFERENCIA, DEVERÁ PREVALECER O DESCRIPTIVO PREVISTO NO DOCUMENTO.