



FUNDAÇÃO
SAÚDE

PROCESSO: SEI-080007/6493/2020

INSTITUIÇÃO:	FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CNPJ:	10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:			
CNPJ:			IE
END:			BAIRRO:
CIDADE:			CEP:
FONE:			FAX:
E-MAIL:			RESPONSÁVEL:

PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIPTIVO	MARCA	UND	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Código do Item: 6515.159.0006 (ID - 23136)	IMPLANTAVEL MARCAPASSO,ESTIMULACAO: UNICAMERAL		UND	12		R\$ -

ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: UNIDADE GERADORA DE MARCAPASSO IMPLANTAVEL UNICAMERAL MARCAPASSO DEFINITIVO - MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL RESPONSIVO, VVIR, TITANIO REVESTIDO COM SILICONE, ENDOCARDICO, PROGRAMAVEL POR TELEMETRIA, FUNÇÃO HOLTER (EVENTOS), FUNÇÃO AUTOMATICA DE CAPTURA. COMPATIVEL COM RESSONANCIA MAGNETICA.

2	Código do Item: 6518.079.0007 (ID - 162382)	MARCAPASSO CARDIACO INTERNO, TIPO: RESSINCRONIZADOR, MATERIAL: TITANIO, REVESTIMENTO: SILICONE, CAMARA: TRES CAMARAS, ENCAIXE: IS1 / IS4, TAMANHO AGULHA: N/A, ESTERILIZACAO: ESTERIL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE		UND	24		R\$ -
---	---	---	--	-----	----	--	-------

ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: RESSINCRONIZADOR CARDIACO - TAMBÉM CHAMADO DE MARCAPASSO MULTISSÍTIO GERADOR DE PULSO TRICAMERAL DIREITO, VENTRICULO DIREITO E VENTRICULO ESQUERDO- MULTIPROGRAMAVEL PROGRAMA INDEPENDENTE DE AMPLITUDE E LARGURA PARA ATRIO, VENTRICULO DIREITO E VENTRICULO ESQUERDO, ARMAZENAMENTO DE EGM'S ATRIO VENTRICULARES COM MARCADORES DE EVENTOS HISTOGRAMAS E CONTADORES. COMPATIVEL COM RESSONANCIA MAGNETICA.

3	Código do Item: 6518.127.0008 (ID - 165354)	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR IMPLANTAVEL, COMPONENTES: GERADOR CARDIOVERSOR DEFIBRILADOR COM RESSINCRONIZADOR, TIPO: IMPLANTAVEL TRICAMERAL, POLARIDADE: BIPOLAR, MODOS DE ESTIMULACAO: CDI BIV, PROGRAMACAO: INDEPENDENTE PARA ATRIO E VENTRICULOS, RECURSOS: ELETROESTIMULACAO, CONEXAO: IS1 DF1 / IS1-DF4 / IS4-DF1 / IS4-DF4, ARMAZENAGEM: ESTERIL, DIMENSOES: FISIOLOGICAS, ESTERELIDADE: ESTERIL, EMBALAGEM: UNIDADE		UND	12		R\$ -
---	---	--	--	-----	----	--	-------

OBSERVAÇÃO

TOTAL:

INSTRUÇÕES

1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:

1. FORMA DE ENTREGA: PARCELADA DE ACORDO COM UM CRONOGRAMA A SER ELABORADO.
2. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS DA RETIRADA DO EMPENHO.
3. ENDEREÇO DE ENTREGA: CGA: RUA DR. LUIZ PALMIER, 762 - BARRETO - NITEROI - RJ