

INSTITUIÇÃO:	FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	CNPJ:	10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:		IE:	
CNPJ:		BAIRRO:	
END:		CEP:	
CIDADE:		FAX:	
FONE:		RESPONSÁVEL:	
E-MAIL:			

PRODUTOS / SERVIÇOS

ITE M	CÓDIGO SIGA	DESCRIPTIVO	MARCA	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Código do Item: 6810.047.0023 (ID - 150977)	REAGENTES DE HEMACIAS,NOME COMERCIAL: HEMACIAS TRIAGEM I E II, FORMA FORNECIMENTO: TESTE		UND	23545		R\$ -

Especificação complementar: Reagente de hemácias para triagem de anticorpos irregulares anti-eritrocitários para uso em cartões de gel-teste ou em microplacas, composto por 2 hemácias do grupo O fenotipadas para os principais sistemas eritrocitários, incluindo o antígeno Di, à concentração requerida para a metodologia. Apresentação: frascos ou já impregnadas nas microplacas. Fornecer cartão ou microplaca contendo Antigliobulina humana poliespecífica ou IgG permitindo a execução de testes de coombs sem lavagem das hemácias. Considera-se como um teste uma triagem de anticorpos, feita em 2 microtubos ou em 2 poços de microplacas.

2	Código do Item: 6810.047.0022 (ID - 148906)	REAGENTES DE HEMACIAS,NOME COMERCIAL: HEMACIAS TRIAGEM, FORMA FORNECIMENTO: TESTE		UND	79884		R\$ -
---	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	-----	-------	--	-------

Especificação complementar: uso em cartões de gel-teste ou em microplacas, composto por hemácias do grupo O fenotipadas para os principais sistemas eritrocitários, incluindo o antígeno Di, à concentração requerida para a metodologia. As hemácias podem vir em frascos já impregnadas nas microplacas. Fornecer cartão ou microplaca contendo antigliobulina humana poliespecífica (anti-C3d+anti-IgG) permitindo a execução e testes de Coombs sem lavagem das hemácias. considera-se como um teste uma triagem de anticorpos, feita em 1 MICROTUBO DO CARTÃO ou 1 CAVIDADE

3	Código do Item: 6810.423.0020 (ID - 63753)	REAGENTE ANALISE,PRODUTO: REAGENTE CLASSIFICACAO ABO DIRETA E REVERSA E 2 CLASSIFICACOES RHD, ASPECTO FISICO: MICROPLACAS E CARTOES, CONCENTRACAO: UM REAGENTE DETECTA VARIANTE DVI E OUTRO NAO DETECTA, FORNECIMENTO: N/D		UND	34849		R\$ -
---	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----	-------	--	-------

Especificação complementar: Tipagem ABO/Rh direta e reversa. Reagente de hemácias para classificação ABO reversa para uso de cartões de gel-teste ou microplacas, composto de 2 hemácias: A1 e B, à concentração requerida para uso na máquina locada. As hemácias podem vir em frascos ou já impregnadas nas microplacas. Cartão ou microplaca contendo reagentes anti-A, anti-B, anti-AB, 2 anti-D (um que detecte a variante D-VI e outro que não detecte) e soro-controle de Rh. considera-se como um teste uma classificação sanguínea.

4	Código do Item: 6810.423.0126 (ID - 148878)	REAGENTE ANALISE,PRODUTO: REAGENTE PARA RECLASSIFICACAO ERITROCITARIA BOLSA DE SANGUE, ASPECTO FISICO: MICROPLACAS OU CARTOES, CONCENTRACAO: ANTI A, ANTI B ANTI-D, FORNECIMENTO: UNIDADE, FORMULA MOLECULAR: N/A, FORMA FORNECIMENTO: TESTE		UND	18694		R\$ -
---	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----	-------	--	-------

Especificação complementar: Retipagem direta ABO. Microtubos com gel ou microplaca para reclassificação ABO direta de bolsa de sangue, contendo, anti-A, anti-B e anti-D em cada um dos microtubos ou das cavidades das microplacas. considera-se como um teste uma reclassificação.

5	Código do Item: 6810.423.0127 (ID - 148879)	REAGENTE ANALISE,PRODUTO: REAGENTE PARA PROVA DE COMPATIBILIDADE MAIOR PRE TRANSFUSIONAL, ASPECTO FISICO: MICROPLACAS OU CARTOES, CONCENTRACAO: N/A, FORNECIMENTO: UNIDADE, FORMULA MOLECULAR: N/A, FORMA FORNECIMENTO: TESTE		UND	18694		R\$ -
---	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----	-------	--	-------

Especificação complementar: Prova cruzada maior (prova de compatibilidade pré-transfusional). Microtubos em gel ou microplaca para prova cruzada, utilizando um ou uma cavidade das microplacas considera-se como um teste uma prova cruzada

6	Código do Item: 6810.379.0020 (ID - 148880)	PAINEL HEMACIAS,COMPOSICAO: HEMACIAS DO GRUPO O FENOTIPADAS, APLICACAO: IDENTIFICACAO ANTICORPOS ERITROCITARIOS IRREGULARES, VOLUME: 4 ~ 6 ML, QUANTIDADE: 10 ~ 12, FORMA FORNECIMENTO: TESTE		UND	2550		R\$ -
---	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----	------	--	-------

Especificação complementar: Identificação de anticorpos anti-eritrocitários. Painel de hemácias -composto por no mínimo 10 hemácias do grupo O fenotipadas para os principais sistemas eritrocitários, à concentração requerida, apresentada em frascos ou já impregnadas na microplaca. Fornecer cartão ou microplaca contendo antigliobulina humana poliespecífica ou IgG permitindo a execução de testes de Coombs sem lavagem das hemácias. considera-se como um teste a realização do teste de identificação de anticorpos irregulares.

7	Código do Item: 6810.423.0039 (ID - 70182)	REAGENTE ANALISE,PRODUTO: REAGENTE PARA FENOTIPAGEM ERITROCITARIA, ASPECTO FISICO: MICROPLACAS OU CARTOES, CONCENTRACAO: ANTIGENOS D,C,c,e,E,Cw,K, FORNECIMENTO: N/D, FORMULA MOLECULAR: N/D		UND	15974		R\$ -
---	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----	-------	--	-------

Especificação complementar: Fenotipagem Rh e Kell. Reagentes para fenotipagem eritrocitária, em pacientes dos antígenos C,c,e,E,K microtubos em gel ou em microplacas. Aplicação: fenotipagem eritrocitária dos sistemas Rh e Kell. Conteúdo microtubo: anti-C, anti-E, anti-e, anti-K.

8	Código do Item: 6810.423.0129 (ID - 151088)	REAGENTE ANALISE,PRODUTO: REAGENTE PARA FENOTIPAGEM ERITROCITARIA, ASPECTO FISICO: MICROPLACAS CARTOES, CONCENTRACAO: VARIANTE FRACA DO ANTIGENO D, FORNECIMENTO: TESTE, FORMULA MOLECULAR: N/A, FORMA FORNECIMENTO: TESTE		UND	10999		R\$ -
---	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----	-------	--	-------

Especificação complementar: Pesquisa de D fraco. Pesquisa da variante fraca do antígeno D reagente detecta variante DVI e outros antígenos D fracos. Cartão ou microplaca contendo um conjunto de reagentes monoclonais anti-D que detecta a maioria das variantes fracas do antígeno D. Caso o teste necessite de reagente controle, este deve acompanhar o reagente anti-D. Considera-se como um teste uma pesquisa de D fraco.

9	Código do Item: 6810.423.0130 (ID - 151089)	REAGENTE ANALISE, PRODUTO: REAGENTE PARA FENOTIPAGEM ERITROCITARIA, ASPECTO FISICO: MICROPLACAS CARTOES, CONCENTRACAO: ANTIGENOS CDE, FORNECIMENTO: TESTE, FORMULA MOLECULAR: N/A, FORMA FORNECIMENTO: TESTE		UND	10999		R\$	-
OBSERVAÇÃO								
COMODATO								
A empresa vencedora da licitação fornecerá 04 (quatro) conjuntos de equipamentos em regime de comodato, de acordo com o quadro e especificações abaixo.						TOTAL:		

1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:

1. PRAZO DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO: Prazo de entrega do equipamento: os equipamentos deverão ser entregues e instalados no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de retirada da nota de empenho.
2. PRAZO DE ENTREGA DOS INSUMOS: os insumos deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados a partir da data de retirada da nota de empenho. No ato da entrega os insumos deverão ter validade mínima de 85% do seu período total de validade. Caso a validade seja inferior ao que está aqui estabelecido, a empresa deverá se comprometer formalmente, por meio de carta, a efetuar a troca dos insumos que venham ter a sua validade expirada, sem qualquer ônus para a administração.
3. LOCAL DE ENTREGA: Rua Frei Caneca, nº 08 Centro-Rio de Janeiro. R/J Almoarifado-Subsolo
Tel: 2332-8611 ramal 2313
5. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.