

## PROCESSO: E-08/007/100.746/2018

	INSTITU	IÇÃO:	FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			CNPJ:		10.834.118/0001-79			
	FORNEC	CEDOR:									
	CNPJ:				IE						
	END:			BAIRRO:							
	CIDADE			CEP:							
	FONE:				FAX:						
	E-MAIL:						RESPONSÁVEL:				
	PRODUTOS / SERVIÇOS										
	ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRITIVO	MARCA	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL			
LOTE 1	1	130.102	1 - SISTEMA DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA,COMPOSICAO: OXIGENADOR DE MEMBRANA, CONJUNTO TUBOS, CARDIOTOMIA, CARDIOPLEGIA, FILTRO ARTERIAL E FILTRO CARDIOPLEGIA, TAMANHO: NEONATAL, APLICACAO: CIRURGIA CARDIACA Código do Item: 6515.322.0004 (ID - 130102)		UND	36					
	INTEGR	ADA AO FILTRO ART	IENTAR: SISTEMA DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA TAMANHO TERIAL. RESERVATÓRIO DE CARDIOTOMIA SELADO E VÁLVULA I  ÃO DE INFUSÃO E TEMPERATURA. CONJUNTO DE TUBOS COM  2 - HEMOCONCENTRADOR, MATERIAL CILINDRO: FILTRO DE FIBRA DE POLISULFONA / NEONATAL Código do Item: 6515.135.0004 (ID - 130124)	DE SEGURANÇA.	DISPOSITIVO	DE CARDIO	PLEGIA SANGUINE				
		<u>l</u>	· · · · ·								
	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA COM FILTRO DE FIBRA DE POLISULFONA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. TAMANHO NEONATAL.										
	3	84.431	3 - SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA,TIPO: BAIXO VOLUME, APLICACAO: CIRCULACAO ASSISTIDA, COMPOSICAO: CONE DE POLICARBONATO E POLIETILENO Código do Item: 6515.481.0001 (ID - 84431)		UND	36					
LOTE 2	1	63.470	2 - SISTEMA DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA,COMPOSICAO: OXIGENADOR DE MEMBRANA, CONJUNTO TUBOS, CARDIOTOMIA, CARDIOPLEGIA, FILTRO ARTERIAL E FILTRO CARDIOPLEGIA, TAMANHO: PEDIATRICO, APLICACAO: CIRURGIA CARDIACA Código do Item: 6515.322.0001 (ID - 63470)		UND	60					
	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: SISTEMA DE CIRCULAÇÃO EXTRACO¿RPÓREA TAMANHO PEDIÁTRICO (12 A 40KG. OXIGENADOR DE MAMBRANA COM MEMBRANA ACOPLADA OU INTEGRADA AO FILTRO ARTERIAL. RESERVATÓRIO DE CARDIOTOMIA SELADO E VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE CARDIOPLEGIA SANGUINEO 4:1 E MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO DE INFUSÃO E TEMPERATURA. CONJUNTO DE TUBOS COM FILTRO ARTERIAL. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.										
	2	83478	- HEMOCONCENTRADOR,MATERIAL CILINDRO: FILTRO DE FIBRA DE POLISULFONA / PEDIATRICO Código do Item: 6515.135.0003 (ID - 83478)		UND	60					
			IENTAR: HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULAÇÃO EXTRACOR PEDIÁTRICO (12 A 40KG).	PÓREA COM FIL	TRO DE FIBRA	DE POLISU	LFONA. ESTÉRIL E				
	3	84431	SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA,TIPO: BAIXO VOLUME, APLICACAO: CIRCULACAO ASSISTIDA, COMPOSICAO: CONE DE POLICARBONATO E POLIETILENO Código do Item: 6515.481.0001 (ID - 84431)		UND	60					
		NTADO EM EMBALA	LENTAR: DISPOSITIVO DE PROPULSÃO SANGUINEA PARA CIRCU AGEM UNITÁRIA. ESTÉRIL E PRONTA PARA USO. DESTINADO AC	-							

	1	77518	SISTEMA DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA,COMPOSICAO: OXIGENADOR DE MEMBRANA, CONJUNTO TUBOS, CARDIOTOMIA, CARDIOPLEGIA, FILTRO ARTERIAL E FILTRO CARDIOPLEGIA, TAMANHO: ADULTO, APLICACAO: CIRURGIA CARDIACA Código do Item: 6515.322.0002 (ID - 77518)		UND	313				
	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: SISTEMA DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA TAMANHO ADULTO (ACIMA DE 40KG. OXIGENADOR DE MAMBRANA COM MEMBRANA ACOPLADA OU INTEGRADA AO FILTRO ARTERIAL. RESERVATÓRIO DE CARDIOTOMIA SELADO E VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE CARDIOPLEGIA SANGUINEO 4:1 COM FILTRO E MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO DE INFUSÃO E TEMPERATURA. CONJUNTO DE TUBOS COM FILTRO ARTERIAL. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.									
LOTE 3	2	63 475	HEMOCONCENTRADOR, MATERIAL CILINDRO: FILTRO DE FIBRA DE POLI-SULFONA - ADULTO Código do Item: 6515.135.0002 (ID - 63475)		UND	313				
	ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA COM FILTRO DE FIBRA DE POLISULFONA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.TAMANHO ADULTO(ACIMA DE 40KG).									
	3	84431	SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA,TIPO: BAIXO VOLUME, APLICACAO: CIRCULACAO ASSISTIDA, COMPOSICAO: CONE DE POLICARBONATO E POLIETILENO		UND	313				
		ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE PROPULSÃO SANGUINEA PARA CIRCULAÇÃO EXTRA CORPÓREA COM VOLUME APROXIMADO DE 50. EM EMBALAGEM UNITÁRIA. ESTÉRIL E PRONTA PARA USO. DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS. DEVE INCLUIR SUPORTE, QUAN								
				-			TOTAL:			
			INSTRUC	TFS.						

- 1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
- 2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
- 3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

## OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:

- 1. FORMA DE ENTREGA: PARCELADA CONFORME DEMADA DA UNIDADE
- 2. PRAZO DE ENTREGA: PRAZO MÁXIMO DE (10) DEZ DIAS DA DATA DE RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.
- 3.ENDEREÇO DE ENTREGA: IECAC RUA DAVID CAMPISTA, 326 HUMAITÁ RJ
- 4. O VENCEDOR DE CADA LOTE DEVERÁ OFERECER OS EQUIPAMENTOS EM FORMA DE <u>COMODATO</u>