

ANEXO 12

RELAÇÃO DE PARTICIPANTES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ITEM	ID SIGA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT. FS	QUANT. UERJ	QUANT. TOTAL
01	53196	BOLSA SANGUE, APLICACAO: COLETA, SISTEMA: UNICO, MATERIAL: CLORETO POLIVINILA, CAPACIDADE BOLSA PRELIMINAR: 450 ML, ANTICOAGULANTE BOLSA PRELIMINAR: CPDA I, QUANTIDADE ANTICOAGULANTE: N/D CÓDIGO DO ITEM: 6515.038.0009 ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: BOLSA ÚNICA PARA COLETA DE 450 ML ± 45 ml DE SANGUE, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS VIGENTES, CONTENDO SOLUÇÃO ADITIVA CPDA1, COM SEGMENTO DE 1,00 a 1,20 m DE COMPRIMENTO, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO.	UND	60	120	180
02	53221	BOLSA SANGUE, APLICACAO: TRANSFUSAO, SISTEMA: N/D, MATERIAL: CLORETO POLIVINILA, CAPACIDADE BOLSA PRELIMINAR: 300 ML, ANTICOAGULANTE BOLSA PRELIMINAR: N/D, QUANTIDADE ANTICOAGULANTE: N/D CÓDIGO DO ITEM: 6515.038.0011 ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: BOLSA DE TRANSFERÊNCIA DE SANGUE DE 300 ml: CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS VIGENTES; PARA TRANSFERÊNCIA DE HEMOCOMPONENTES EM SISTEMA ABERTO OU FECHADO.	UND	2200	0	2200
03	53222	BOLSA SANGUE, TRANSFUSAO, SISTEMA: ABERTO OU FECHADO, MATERIAL: CLORETO POLIVINILA, CAPACIDADE BOLSA PRELIMINAR: 600 ML, ANTICOAGULANTE BOLSA PRELIMINAR: N/D, QUANTIDADE ANTICOAGULANTE: N/D CÓDIGO DO ITEM: 6515.038.0012 ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: BOLSA DE TRANSFERÊNCIA DE SANGUE DE 600 ml: CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS VIGENTES; PARA POOL DE HEMOCOMPONENTES OU RETIRADA DE SOBRENADANTES, EM SISTEMA ABERTO OU FECHADO.	UND	2200	0	2200

RELAÇÃO DE ENDEREÇO PARA ENTREGA DOS ITENS

FUNDAÇÃO SAÚDE

CGA

Coordenação Geral de Armazenagem: Rua Luiz Palmier, 762, Barreto –
Niterói/Rio de Janeiro.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO - UERJ

UERJ

Boulevard 28 de Setembro, 77 - Vila Isabel – Rio de Janeiro - Almoxarifado
Central do Hospital Universitário Pedro Ernesto.

Horário de Entrega: de 08 às 16hrs.